THUASNE



TRATAMIENTO
DEL LINFEDEMA Y DE
CICATRICES
MEDIANTE COMPRESIÓN

CATÁLOGO **2016**

EDITORIAL

Thuasne está orgulloso de presentar el nuevo catálogo dedicado al cuidado del linfedema y el tratamiento de cicatrices mediante compresión.

Este catálogo ilustra la experiencia del Grupo en la compresión médica, así como en la mejora de soluciones específicas para el tratamiento, de fácil aplicación, permitiendo a los pacientes un seguimiento sencillo del tratamiento.

Hoy en día, Thuasne, se consolida como un proveedor clave en el mercado de la linfología, con patentes únicas como *Mobiderm*® (dispositivo de alta tecnología anti-edema) *Mobiderm*® *Autofit* (prendas movilizadores autoajustables), o incluso *medias y mangas para el tratamiento* y mantenimiento del linfedema.

Esta línea se afianza y se consolida fuertemente en el mercado debido a la gran experiencia médica y técnica de más de 40 años.

Thuasne, creada a finales de los años 70, creó el primer concepto de compresión en Europa para el tratamiento de quemaduras: *Thuasne Cicatrex*®.

Hoy te ofrecemos la más amplia selección de tejidos y prendas de compresión (estándar y a medida) para el tratamiento de pacientes con cicatrices.

Para estar aún más cerca y ofrecer un servicio personalizado al paciente, Thuasne confecciona estos productos con exclusivo cuidado en su taller en Saint-Etienne, cónclave histórico de la empresa durante 110 años.

En este nuevo catálogo podrá encontrar prendas y otros productos médicos de alta calidad, que son uno de los estandartes del Grupo Thuasne.

Esperamos que le sea una herramienta útil en su práctica diaria.

Elizabeth Ducottet
Directora General

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 13485 Santé Médical AFNOR CERTIFICATION

Crédits photo :
Studio Caterin
Anca Partouche

UNA PRESENCIA GLOBAL

THUASNE HA CONSTRUIDO UNA RED INDUSTRIAL INTERNACIONAL FLEXIBLE Y COMPETITIVA, ARTICULADA EN TORNO A SAINT-ETIENNE, LA BASE HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA DURANTE LOS ÚLTIMOS 110 AÑOS.

ÍNDICE

p. 4
TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA

p. 26
TRATAMIENTO DE CICATRICES

p. 36
TOMA DE MEDIDAS Y HOJAS DE MEDIDA







Los productos de este catálogo son Dispositivos Médicos (DM) certificados según las indicaciones y parámetros al Reglamento CE. Lea las instrucciones antes de su uso.

Las indicaciones médicas de los productos que se detallan en las páginas están relacionadas con el tratamiento de quemados y linfedema (páginas 6, 13, 14, 16 y 24).
Contra-indicaciones: Biflex®: PAD (enfermedad arterial periférica), heridas cutáneas (abscesos, dermatitis infectada, forúnculos), derivación extra-anatómica, insuficiencia cardíaca desequilibrada. Biflex® se desaconseja formalmente si el problema arterial (IPS debe estar entre 0,9 y 1,3) / Mobiderm®: No utilizar en la superficie de la piel con una infección o inflamación aguda. / Mobiderm® Autofit: contra-indicaciones misma Mobiderm® + microangiopatía diabética avanzada, los miembros Arteritis de estadio III o IV, insuficiencia cardíaca descompensada. / BIPLAST®: No usar en contacto en piel con heridas. / Thuasne Lymphology: No usar en contacto en piel con heridas.

PATOLOGÍA Y TRAYAMIENTO

A SABER

CONSEJO DE MANTENIMIENTO

DISPOSITIVO ESTÁNDAR

DISPOSITIVO A MEDIDA

¿QUÉ ES UN LINFEDEMA?



El linfedema es una enfermedad crónica causada por una disfunción del sistema linfático.

Sus orígenes son múltiples, y hay dos tipos:

• **El linfedema primario** asociado a una malformación constitucional del sistema linfático. Puede ser de origen congénito o familiar, que afecta principalmente a las extremidades inferiores. El comienzo del tratamiento debe realizarse en la mayoría de los casos en la infancia. El linfedema primario también puede comenzar también a una edad adulta.

• **El linfedema secundario** es, a su vez, el resultado de una alteración del sistema linfático por un traumatismo, enfermedad o tratamiento, tales como la disección, la radiación, infección o a raíz de ciertos tratamientos.

El linfedema traduce su presencia como una inflamación permanente de una extremidad o un órgano, este causa hinchazón, dolor, deterioro funcional, sensación de pesadez y movilidad reducida en los pacientes.
Esta enfermedad se desarrolla en varias etapas. Se requiere que el diagnóstico sea lo más precoz posible para facilitar su manejo y evitar complicaciones dermatológicas e impacto funcional y psicosocial.

EL TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA

Cualquier paciente con linfedema debe recibir atención coordinada e información adecuada en función a sus necesidades.

Los principales objetivos del tratamiento son:

• reducción del volumen y la estabilización del edema,
• mejora de la funcionalidad del miembro,
• la prevención de riesgos y de complicaciones,
• la educación del paciente y el apoyo psico-social.

Por lo tanto esta enfermedad crónica requiere atención continuada, que se divide en dos fases:

• La fase de reducción
• La fase de mantenimiento

que tendrá éxito en función de la evolución del linfedema.

La terapia compresiva ,
es un elemento clave para el tratamiento del linfedema

LA FASE DE REDUCCIÓN

La fase de reducción también se denomina tratamiento descongestivo.

Su objetivo es *reducir el edema y el volumen del mismo lo máximo posible* en la extremidad o miembros afectados.

Las intervenciones terapéuticas principalemente utilizadas son:

- **Drenaje linfático manual,** realizada por un fisioterapeuta con formación específica,
- **Drenaje y reducción del edema a través de vendajes** que requieren el uso un vendaje multicapa,
- Bajo supervisión, **realización de ejercicio** para mejorar la circulación de la linfa,
- **y el cuidado de la piel.**

Esta fase varía de una a varias semanas, dependiendo de la gravedad del linfedema. Con posterioridad, esta terapia puede ser empleada nuevamente.

LA FASE DE REDUCCIÓN :
Los protocolos

LA FASE REDUCCIÓN
NO SE PUEDE EFECTUAR CON CUALQUIER TIPO DE VENDAS.

Las vendas tienen la ventaja de ser mejor adaptables a las necesidades y variaciones del volumen del edema del paciente a lo largo del tratamiento.

Hay diferentes tipos y estas, en su uso conjunto, reducirán de manera muy efectiva el edema, es decir, de forma rápida y eficaz. A continuación se presenta el tratamiento de vendaje multicapa para la etapa descongestiva:

ETAPA 1 : PROTECCIÓN DE LA PIEL
VENDA DE ALGODÓN SHORT STRECH
Banda de algodón inelástico

En contacto directo con la piel, esta venda tubular de algodón permite al miembro una contención estricta (menos de 10% de extensión).
Tejido suave que ofrece una primera capa cómoda para proteger eficazmente la piel debilitada por linfedema.

ETAPA 2 : DRENAJE DEL EDEMA
MOBIDERM®
Dispositivo anti-edema

Utilizado bajo un vendaje reductor, el dispositivo Mobiderm® ***moviliza los tejidos subcutáneos edematos o endurecidos***. Se superpone a la primera venda de algodón para la protección de la piel.

ETAPA 3 : CONTENCIÓN
BIFLEXIDEAL®
Venda de tramo corto

Una venda elástica de tramo corto (<100% de estiramiento) Biflexideal®, esta tercera capa no sólo **asegura la contención del edema,** sino también un **drenaje eficaz** en caso de existir actividad física.

ETAPA 4 : COMPRESIÓN
BIFLEX®
Venda elástica

Por último, para **comprimir de manera activa y reducir el edema de manera eficaz**, incluso en casos de movilidad reducida. Esta cuarta venda de compresión Biflex® es posible utilizarla únicamente para tratamiento diurno.

MOBIDERM®

MOBIDERM® es un dispositivo médico compuesto por bloques de espuma dispuestos entre dos apósitos de tejido hipo-alergénico.
La tecnología **Mobiderm®** se puede utilizar bajo un vendaje reductor (versión venda o placa movilizadora), o integrada dentro de una prenda lista para su uso.

Ejerciendo una presión diferencial entre los bloques de la zona de apoyo y su periferia, **facilita el flujo de líquido linfático y optimiza la eficiencia del drenaje.**
Debido a un efecto de cizallamiento de los tejidos subcutáneos edematosos, Mobiderm® también relaja las zonas de la piel fibrosadas o edematosas.



PRODUCTO PATENTADO

Mobiderm® es dispositivo compresivo anti-edema de alto valor tecnológico y patentado

• Eficacia
- Velocidad de disminución del volumen del edema,
- relajación de la piel fibrosada o edematosa.

• Funcionalidad
- Ligero, cómodo y flexible, que permite al paciente mantener la libertad de movimiento y, facilitar por tanto, la capacidad de drenaje del miembro.

• Confortabilidad
- Adaptabilidad del producto para un mejor ajuste anatómico.

MOBIDERM®

ESTUDIO POLIT :

Estudio Prospectivo Observacional Multicentro para el Tratamiento descongestivo del Linfedema.

Estudio realizado para la analizar el seguimiento de la evolución del volumen del edema tanto en la fase intensiva como en la fase de mantenimiento mediante la utilización de las vendas y prendas Mobiderm®.

Muestra: 306 pacientes (89,9% mujeres con una media de edad de 59,9 años).

OBJETIVO UNO. Verificación de la eficacia del vendaje multicapa para la fase descongestiva propuesta por Thuasne mediante las vendas de Thuasne y Mobiderm®. Seguimiento de la variación del volumen a lo largo del periodo analizado entre 1 a 3 semanas.

OBJETIVO DOS. Verificación de la eficacia del tratamiento con prendas Mobiderm® durante la etapa de mantenimiento nocturno, después de haber realizado una terapia intensiva descongestiva, reduciendo así lo máximo el volumen del edema. Periodo de seguimiento de 6 meses.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA FASE INTENSIVA :

Este primer estudio se basó en la aplicación diaria de un vendaje multicapa. Este consistia en el 99,7% de los casos en un primer vendaje de algodón para la protección de la piel, un vendaje posterior de Mobiderm® y como tercera capa un vendaje elástico Biflexideal®.

Esto complementado en el 99,3% de los casos con un drenaje linfático manual.

¿Qué resultados se obtuvieron?

1. **Reducción de un volumen medio de -27,4% frente al -22,2%** con otros tipos de vendajes multicapa o tratamientos. Resultados después de 5 días de tratamiento.
2. La **duración de la fase intensiva fue de tan sólo 5 días frente a 10 días** con otros tratamientos y con otro tipo de vendajes.
3. **Se demuestra que el descenso del volumen del linfedema es más uniforme y homogéneo** sobre la piel (18% de piel cubierta frente a un 13,5%). **Se reduce la formación de ampollas**, siendo de sólo un 2,4% de los casos frente a 5,6% con otros vendajes.

CONCLUSIÓN 1

MOBIDERM®, utilizado en la fase intensiva para la reducción del linfedema, mediante vendaje multicapa, muestra tras el estudio que ES UNA SOLUCIÓN EFICAZ Y SEGURA PARA EL TRATAMIENTO DESCONGESTIVO.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA FASE DE MANTENIMIENTO NOCTURNO :

Seguimiento del **tratamiento durante 6 meses**. Este estudio, en fase nocturna, se completaba con un tratamiento diurno que consistía en la utilización de una prenda compresiva elástica; Thuasne Lymphology Diurno (95.8% de la muestra), drenaje linfático manual (en el 76.8% de los casos) y por último, con una serie de ejercicios físicos (observado en el 30,5% de los pacientes).

En un grupo de 134 pacientes, 47 recibieron una prenda Mobiderm, 58 hicieron tratamiento bajo vendaje multicapa y 29 no aplicaron nada.

¿Qué resultados se obtuvieron?

Media de evolución del volumen del linfedema en % en los 6 meses

1

MOBIDERM® Manga del brazo n = 47	Auto Vendaje n = 58	No hubo tratamiento nocturno n = 29
14.7% (65.9)	8.9% (53.6)	49.0% (167.7)

En el primer gráfico (nº1), se observa la evolución media del volumen del linfedema después de la fase intensiva; ***con las mangas Mobiderm® el aumento medio resulta levemente superior al tratamiento por auto-vendaje genérico aplicado por el propio usuario.*** En aquellos pacientes, los cuales ***no aplicaron tratamiento nocturno, el aumento de volumen del linfedema fue muy superior, 49% de incremento*** medio de volumen.

Evolución de la función de la extremidad en los 6 meses

2



Evolución de la calidad de vida del paciente en los 6 meses

3



A pesar del leve incremento del volumen medio del linfedema con la prenda en contrapartida al auto-vendaje, Thuasne propone una solución al tratamiento convencional de auto vendaje con las prendas Mobiderm®, que al ser una prenda lista para usar, con una compresión de 15 mmHg, ***facilita la puesta, de manera que el seguimiento del tratamiento sea mucho más fácil y constante para el usuario.***

En el **gráfico *nº2*** se representa la evolución de la funcionalidad de la extremidad según las prendas Mobiderm® o los vendajes, por lo que en el primer caso, ***el porcentaje de pacientes que percibieron una mejora de la movilidad del miembro es del 60% frente al 38%*** **de mejoría** en aquellos pacientes que usaron un vendaje genérico.

En el ***gráfico 3*** se representa la evolución de la calidad de vida del usuario, que muestra que ***un 24,4% de pacientes cree que este factor ha mejorado ostensiblemente frente al 14,5%*** de los pacientes de vendas.

CONCLUSIÓN 2

El tratamiento nocturno es imprescindible para asegurar un éxito a largo plazo. Por tanto, Mobiderm® ofrece y apuesta por una solución eficaz y simple para el usuario, el cual le aporta una mayor COMODIDAD que los auto vendajes, una mayor LIBERTAD DE MOVIMIENTO y contribuye a una mejora de CALIDAD DE VIDA.

CONCLUSIÓN 3

ASEGURA AL FACULTATIVO QUE EL EDEMA NO INCREMENTE SU VOLUMEN al no utilizar un vendaje multicapa nocturno por parte del paciente.

VENDAS MOBIDERM®





PLACA MOVILIZADORA MOBIDERM®

DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
25 cm x 25 cm	BP* 5 mm x 5 mm	3710
25 cm x 1 m	BP* 5 mm x 5 mm BG* 15 mm x 15 mm	

VENDAS MOVILIZADORAS MOBIDERM®

DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
10 cm x 3 m	BP* 5 mm x 5 mm BG* 15 mm x 15 mm	3720

LOS KITS

KIT DE REDUCCIÓN
DE EDEMAS DE MIEMBRO SUPERIOR.

KIT MOBIDERM® N°1

ESTE KIT CONTIENE	CÓDIGO
• 1 venda Biflex® 16 +, 8 cm x 5 m	
• 1 venda Biplast®, 3 cm x 2,5 m	
• 1 venda Coton Short Stretch, 11 cm x 4 m	3700 902 9999901
• 2 vendas Mobiderm®, 10 cm x 3 m 15mmx15mm	
• 1 venda Biflexideal® 10 cm x 5 m	

KIT DE REDUCCIÓN
DE EDEMAS DE MIEMBRO INFERIOR.

KIT MOBIDERM® N°2

ESTE KIT CONTIENE	CÓDIGO
• 1 venda Biflex® 16 +, 10 cm x 3 m	
• 1 venda Biflex® 16 +, 10 cm x 5 m	
• 1 venda Biplast®, 3 cm x 2,5 m	3700 902 9999902
• 2 vendas Coton Short Stretch, 11 cm x 4 m	
• 3 vendas Mobiderm®, 10 cm x 3 m 15mmx15mm	
• 2 vendas Biflexideal® 10 cm x 5 m	

VENDAJE MULTICAPA

PROTECCIÓN CUTÁNEA

VENDA ALGODÓN SHORT STRECH

Venda anti-edema inelástica

Venda tubular. composición 100% algodón

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
11 cm	4 m	blanco	010101011

ESPUMA PROTECTORA

Venda-espuma fina extensible

Protección de la piel bajo compresión adhesiva

ANCHURA	LONGITUD	CÓDIGO
7 cm	27 m	5507 091 000

CONTENCIÓN

BIFLEXIDEAL®

Venda inelástica de contención de corto estiramiento

65 % de estiramento para una fuerza de 45 cN/cm

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
3 cm	5 m	blanco	1100020035
6 cm			1100020065
8 cm			1100020085
10 cm			1100020105

BIPLAST®

Venda adhesiva de contención

Adhesividad multidireccional hasta el borde de la venda.
Flexibilidad y maleabilidad. Ofrece una excelente tolerancia.

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
3 cm 6 cm 8 cm 10 cm 15 cm 20 cm	2,5 m	blanco	2000 01

VENDAJE MULTICAPA

COMPRESIÓN

BIFLEX®+ CALIBRADA / BIFLEX EPI® CALIBRADA

Venda elástica de estiramiento medio con indicador de colocación (calibración)
Elasticidad en todas las direcciones.
Control preciso de la presión ejercidad gracias al indicador de colocación (calibración de la tensión de la venda)

- Versiones : BIFLEX® 16+ (ligera) - BIFLEX® 17+ (fuerte).
  BIFLEX EPI® 16+ : anchura 8 cm, longitud 7 m para una fácil colocación en la versión EPI.

BIFLEX® 16 + LIGERA : Fuerza 1 & 2

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
8 cm	3 m 3,50 m 4 m 5 m	beige	1600 02
10 cm	3 m 3,50 m 4 m 5 m	beige	

BIFLEX® 17+ FORTE : Fuerza 3 & 4

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
8 cm	3 m 4 m	beige	1700 02
10 cm	3 m 3,50 m 4 m 5 m	beige	

BIFLEX EPI® 16+ LIGERA : Fuerza 1 & 2

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
8 cm	7 m	Beige	1600 02

COLOCACIÓN DEL BIFLEX® EN DOS ETAPAS SIMPLES

ETAPA 1 : ESTIRAMIENTO



ETAPA 2 : ADAPTACIÓN

recubrimiento ***mitad del cuadrado***

recubrimiento ***cuadrado completo***

recubrimiento ***mitad del cuadrado***

VENDAJE MULTICAPA

COMPRESIÓN

BIFLEX® + PRATIC

Venda elástica de estiramiento medio con estribo
Particularmente fácil de colocar (apoyo para su colocación)

BIFLEX® 16 + PRATIC : Fuerza 1 & 2

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
8 cm	3 m 4 m	beige	1600 03
10 cm	3 m 4 m	beige	

BIFLEX® 17 + PRATIC : Fuerza 3

ANCHURA	LONGITUD	COLOR	CÓDIGO
10 cm	3 m 4 m	beige	1700 03

Colocación Venda Biflex + PRATIC :
Facilidad de uso, posibilita la autonomía del paciente, ahorra tiempo a los facultativos a la hora de realizar la adaptación de las vendas.



1. Calibrado de la compresión
2. El comienzo de la venda debe estar por debajo del pie
3. 1ª pasada del vendaje por la parte del talón
4. 2ª pasada por la parte baja del empeine
5. 3ª pasada por encima del tobillo
6. Posicionamiento de la venda de manera circular por la pierna

ACCESORIOS BIFLEX®

CLIPS DE VELCRO* *Consultar precio y disponibilidad

CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
x 4 unidades	5903

CLIPS ELÁSTICOS* *Consultar precio y disponibilidad

CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
x 4 unidades	5902

ACCESORIOS

VENDA DE ESPUMA N/N

Espuma de látex emulsionado

Recorte de bisel que permite el solape de las tiras sin sobre-esperor.
Permeabilidad al aire que limita los riesgos de maceración.

ESPESOR	ANCHURA	LONGITUD	CÓDIGO
8 mm	8 cm	1 m	5308
	10 cm		5310
12 mm	10 cm	1 m	5410

VARICO* *Consultar precio y disponibilidad

Cojín de espuma de látex

Optimización del tratamiento elástico de compresión por igualación de los relieves anatómicos.
Permeabilidad al aire que limita los riesgos de maceración.

MODELO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICA	CÓDIGO
0	63 mm x 87 mm	par	5200091 000
1	70 mm x 132 mm	unidad	5200091 100
2	125 mm x 164 mm	unidad	5200091 200
3	200 mm x 250 mm	unidad	5200091 300
4	343 x 230 x 360 mm (forma trapezoide)	unidad	5200091 400



LA FASE DE MANTENIMIENTO

PARA EL TRATAMIENTO DIURNO : PRENDAS THUASNE LYMPHOLOGY & MOBIDERM®

Una vez se obtiene una reducción de volumen del edema de manera satisfactoria, comienza a posteriori la fase de mantenimiento del linfedema.



Su papel no se limita sólo al de ***estabilizar el volumen del miembro*** ya reducido en la fase de ataque o continuar la reducción volumétrica, sino ***también evitar la recurrencia y permitir al paciente recuperar la movilidad normal***.

Esta fase se realiza principalmente con **prendas de compresión elásticas** que se renuevan periódicamente bajo la supervisión de un equipo especializado.

Llevado durante la fase diurna, es decir, desde el amanecer hasta la puesta del sol, se asegura:

- una **acción de compresión** para facilitar así el movimiento de la linfa, evitando así la formación de edema.
- una **acción de contención** para asegurar que el edema no aumente su porcentaje en volumen.

Existen diferentes modelos de prendas (medias, guanteletes, mangas...) en diferentes clases de compresión según la necesidad del paciente.
El método de compresión utilizado es el francés cuyo rango de compresión es el siguiente:

Es posible, e incluso a veces necesario en algunos casos, superponer varias prendas terapéuticas con el fin de aumentar el nivel de compresión y de ese modo conseguir la presión terapéutica necesaria.

Método Norma AFNOR G30 102B	
Clase 2	15-20 mmHg
Clase 3	20-36 mmHg
Clase 4	> 36 mmHg

PARA EL TRATAMIENTO NOCTURNO : MOBIDERM®

Para la fase nocturna, se han desarrollado las **prendas MOBIDERM®**. El principal objetivo es seguir movilizando de manera eficaz el edema. Es una alternativa sólida al vendaje multicapa actual. Estas prendas pueden ser a medida o estándar, optimizando así el mantenimiento de los resultados obtenidos durante el tratamiento intensivo descongestivo.

PARA EL TRATAMIENTO DIURNO : PRENDAS THUASNE LINFOLOGÍA



PRINCIPIO DE ACCIÓN :

• ***Compresión :*** para promover la circulación linfática y prevenir o reducir la formación de edema

• ***Contención :*** para mantener el volumen del miembro

CARACTERÍSTICAS :

• ***Composición :*** microfibra de poliamida y elastano

• ***Colores :*** beige

• ***Tejido a medida asistido por ordenador*** *(ver página 36)*

MIEMBRO SUPERIOR :

MANGAS & GUANTELETE A MEDIDA

Clase 2 (15-20 mmHg) ; Clase 3 (20-36 mmHg) ; Clase 4 (> 36 mmHg)

EXTREMIDAD DISTAL

Manga simple
Manga + guantelete con o sin pulgar (prendas separadas o unidas)
Guantelete con o sin pulgar
Acabado en el puño con borde elástico

EXTREMIDAD PROXIMAL

Elástico simple
Elástico anti-deslizante
Antideslizante con silicona para mujer u hombre
Antideslizante de látex
Externón hombro (pasador de sujetador)
Extensión de hombro con cinturón

EXTREMIDAD DISTAL

Posibilidad de incorporar un refuerzo (amovible) :
- Almohadilla de compresión,
- Mobiderm®

a nivel del dorso de la mano, cara interna de la mano.



MIEMBRO INFERIOR :

MEDIAS, CALCETINES, PANTYS A MEDIDA

Clase 2 (15-20 mmHg) ; Clase 3 (20-36 mmHg) ; Clase 4 (> 36 mmHg)

EXTREMIDAD DISTAL

Pie abierto
Pie cerrado

EXTREMIDAD PROXIMAL

Sin antideslizante: borde elástico
Antideslizante con silicona para mujer u hombre
Antideslizante de látex
Calzón de compresión

EXTREMIDAD DISTAL

Posibilidad de incorporar un refuerzo (amovible) :
- Almohadilla de compresión,
- Mobiderm®

a nivel del dorso de la mano, cara interna de la mano.



ACABADOS

Tejido antideslizante (3 cm)

Tejido simple (3 cm)

Silicona antideslizante para mujer (5 cm)

Silicona antideslizante para hombre (5 cm)


Antideslizante látex (3,5 cm)

Acabado en la comisura del pulgar

Acabado en puño con borde elástico

CONSEJOS DE COLOCACIÓN :

La primera vez, puede resultar complejo colocar la prenda,pero...

...Le dejamos unos consejos útiles:

- Ponga talco en la extremidad afectada antes de la colocación de la prenda
- De la vuelta a la prenda antes de su colocación: 3/4 de vuelta a la prenda
- Use guantes de goma para una mejor colocación

También asegúrese de que no hay pliegues en la prenda y que la compresión está bien distribuida una vez esta esté colocada sobre la extremidad.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO !

Para conserva la eficacia de la prenda el mayor tiempo posible, es esencial lavarla cada noche (o después de su uso).

Se recomienda **lavar a mano con agua tibia con jabón**. Al lavar con máquina, utilice el ciclo suave en agua fría y **poner en una red de lavado para evitar que otras prendas de vestir** (con velcro o cremallera) dañen el tejido.

Secar lejos de fuentes de calor directo.
También **evite el uso de crema o ungüento en la extremidad** justo antes de ponerse la prenda de compresión.

PRENDA A MEDIDA :
Requiere la intervención de un profesional sanitario.
Thuasne Lymphology diurno. Hojas de medida disponibles. Pág. 45-47.

PARA EL TRATAMIENTO NOCTURNO : LAS PRENDAS MOBIDERM®

Para mantener los resultados obtenidos durante la fase intensiva mediante vendaje multicapa, el paciente debe tener acceso durante la fase de mantenimiento a un tratamiento permanente, eficaz y cómodo.
Esta gama de Prendas ***Mobiderm®*** garantizará su éxito a largo plazo debido a la facilidad del seguimiento de dicho tratamiento por parte de la usuaria.

Tomando el relevo a la compresión durante el día mediante las prendas Thuasne Lymphology, se ***desarrollaron las prendas Mobiderm® para seguir movilizando el edema durante la noche, y por lo tanto mejorar los efectos del tratamiento día a día.***

Estas prendas están diseñadas con un material flexible y elástico, lo que les permite ofrecer una ***suave presión, bien tolerada por el paciente en la fase nocturna.*** Incluyen en su cara interna del dispositivo ***Mobiderm®, que de este modo continúa promoviendo el flujo linfático por micro-masaje.***

¿Qué facilidades ofrece?

- **Una colocación rápida :**
  una prenda lista para usar.

- **Un tratamiento menos invasivo y discreto :**
  efectivo sin trastornar el sueño.

- **Un tratamiento nocturno único :**
  permite continuar el tratamiento nocturno sin interrumpir los efectos obtenidos por la compresión durante el día y la fase intensiva.

PARA EL TRATAMIENTO NOCTURNO : PRENDAS MOBIDERM®

PRENDAS MOBIDERM® A MEDIDA



Descripción :

- Mangas simples o con guantelete para el tratamiento del linfedema de miembro superior.
- Calcetines y media muslo para el linfedema de miembro inferior.

¿A qué tipo de pacientes se dirige ?

- Para todas los estadios de linfedema.
- Para el uso en una fase de mantenimiento de un edema estabilizado.
- Para los pacientes con rasgos dismórficos o que no se encuentra dentro de los dispositivos de corte estándar

PRODUCTO	REFERENCIA
MANGA SIMPLE A MEDIDA MOBIDERM®	3730 091 603
MANGA + GUANTELETE CON PULGAR A MEDIDA MOBIDERM®	3730 091 601
MANGA + GUANTELETE SIN PULGAR A MEDIDA MOBIDERM®	3730 091 602
CALCETÍN A MEDIDA MOBIDERM®	3130 091 500
MEDIA-MUSLO A MEDIDA MOBIDERM®	3730 091 503





Composición :

Mangas

Cara externa : 59 % poliamida, 41 % elastano

Cara interna : Mobiderm® con bloques grandes (15 x 15 mm) en el brazo ; Mobiderm® bloques pequeños (5 x 5 mm) sobre la parte dorsal de la mano.

Media y Calcetín

Cara externa : 80 % poliamida, 20 % elastano

Cara interna : Mobiderm® con bloques grandes (15 x 15 mm) a lo largo de la pierna y sobre el pie.

PRENDAS A MEDIDA :

Requiere la intervención de un profesional sanitario.

Mobiderm® hojas de medida disponibles. Pág. 41 a 43 .

MOBIDERM® AUTOFIT

La gama de mangas Mobiderm® auto-ajustable se puede adaptar a la morfología individual de cada paciente y posibilita el seguimiento de la evolución del edema.

Descripción :
Manga Mobiderm® auto-ajustable, con guantelete con pulgar para el linfedema de miembro superior.

¿A qué tipo de pacientes está dirigido?
- Para todas las etapas del linfedema
- Para su uso en la fase de mantenimiento nocturno y al final de la fase de reducción.
- Para los pacientes con una dismorfia o edema evolutivo.
- Para los pacientes que desean controlar su edema así como su evolución
- Para los pacientes que requieren un producto rápidamente

Producto listo : una entrega rápida !

BRAZO DERECHO



	CONTORNO AXILAR (E)	CONTORNO DEL CODO (3cm antes del codo) (D)	CONTORNO DE LA MUÑECA (C)	CONTORNO DE LA MANO (B)	CÓDIGO normal 40 - 45 cm	CÓDIGO largo 45 - 50 cm
T1	25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17 - 21 cm	37330120100261	37330120100271
T2	29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17 - 21 cm	37330120200261	37330120200271
T3	33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120300261	37330120300271
T4	37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120400261	37330120400271
T5	41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	19 - 23 cm	37330120500261	37330120500271
T6	45 - 52 cm	31 - 37cm	19 -23 cm	20 - 24 cm	37330120600261	37330120600271

BRAZO IZQUIERDO



	CONTORNO AXILAR (E)	CONTORNO DEL CODO (3cm antes del codo) (D)	CONTORNO DE LA MUÑECA (C)	CONTORNO DE LA MANO (B)	CÓDIGO normal 40 - 45 cm	CÓDIGO largo 45 - 50 cm
T1	25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17 - 21 cm	37330120100262	37330120100272
T2	29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17 - 21 cm	37330120200262	37330120200272
T3	33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120300262	37330120300272
T4	37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120400262	37330120400272
T5	41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	19 - 23 cm	37330120500262	37330120500272
T6	45 - 52 cm	31 - 37cm	19 -23 cm	20 - 24 cm	37330120600262	37330120600272

Componentes principales:
- ***Cara exterior de la prenda :*** 59% poliamida, 41 % elastano
- ***Mobiderm® a lo largo del brazo :*** tejido no adhesivo, espuma de poliuretano (bloque 15 x 15 mm).
- ***Mobiderm® a nivel de la mano :*** tejido no adhesivo, espuma de poliuretano (bloque 5 x 5 mm).

PRODUCTO PATENTADO

Varias referencias de sujeción (+/++/+++): ***adaptación de la compresión a la morfología de cada paciente.***
Adaptación de la prenda según la necesidad individual para ***conseguir el control efectivo del volumen del edema a lo largo del tiempo.***

Cinchas de ajuste por velcro: ***Ajuste instantáneo y sencillo.***

Manga con guantelete con pulgar: ***Reduce el riesgo de migración del edema*** y guantelete enrollable; que permite ***liberar la mano para facilitar la funcionalidad en las actividades diarias.***

Prenda semi abierta:
fácil de poner, fácil de quitar !

IMPORTANTE !

Ajuste de la prenda Mobiderm® Autofit
La manga posee varias referencias de sujeción para permitir una óptima adaptación a la morfología del usuario. *La indicación de sujeción se proporciona de acuerdo a la **talla** de la prenda, **y las medidas individuales del paciente en cada contorno**. Esto le indicará un cierre de ajuste puntual a cada nivel de medida, indicando la posición por áreas (+ / ++ / +++ / ++++) según lo recomendado por el médico. Proceda en varias etapas, hasta que el ajuste sea el recomendado. Finalmente masajear la manga para distribuir uniformemente las almohadillas a lo largo de la extremidad. Lea cuidadosamente el manual.*
Explicación Sistema de Ajuste pág siguiente (pág. 22 - 23)



MOBIDERM® AUTOFIT

ADAPTACIÓN DE LA PRENDA & NIVEL DE AJUSTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA

La gama de prendas* Mobiderm® Autofit *tienen un sistema de ajuste específico para poder ofrecer la adaptación más personalizada posible según la fisonomía del paciente y la evolución del edema, ofreciendo así, una compresión adaptada a su necesidad.

Para conseguir esta adaptación y ajuste óptimo, se ha de tener en cuenta dos variables diferenciadas;

•***La talla de la prenda***, elegida en función de la toma de medidas según los cuatro puntos de referencia para la elección de la talla del paciente.

- A nivel axilar
- A nivel del codo (3 cm por debajo del mismo; en la zona del antebrazo)
- A nivel de la muñeca
- A nivel de las terminaciones metacarpofalángicas.

• ***Las medidas individuales de cada paciente,*** referido a los contornos indicados en el punto anterior.

¿Cómo proceder a la elección del nivel de ajuste?

Para ello, se deberán **cruzar ambas variables en cada una de las tablas** que se muestran a continuación, es decir, el cruce de datos entre la talla de la prenda elegida respecto al contorno en centímetros de cada uno de los puntos de referencia. De esta forma el cruce de datos será por talla elegida respecto al contorno de mano, de muñeca, de codo y de axila; y obtener así, la referencia de ajuste en + / ++ / +++ ó ++++.

>> Cruce de datos en 4 tablas diferentes para un ajuste diferencial en cada punto.

VER TABLAS PÁGINA 23

Ejemplo:
Para una talla 2 y un contorno de18 cm en mano, el ajuste del velcro estará en el cierre con ++

1 A NIVEL DE LA MANO (B)

Circunferencia (cm)	Talla 1	**Talla 2**	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6
17	+++	+++				
18	++	++	+++	+++		
19			++	++	+++	
20	+	+			++	+++
21			+	+		++
22					+	
23						+
24						

2 A NIVEL DE LA MUÑECA (C)



Circunferencia (cm)	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6
15	+++					
16	++	+++				
17		++	+++	+++		
18	+		++	++	+++	
19		+			++	+++
20			+	+		++
21					+	
22						+
23						

3 A NIVEL DEL CODO (a 3 cm del pliegue del codo) (D)

Circunferencia (cm)	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6
22	++++					
23	+++					
24		++++				
25	++	+++				
26			++++			
27	+	++	+++			
28				++++		
29		+	++	+++		
30					++++	
31			+	++	+++	++++
32						+++
33				+	++	
34						++
35					+	
36						+
37						

4 A NIVEL AXILAR (E)

Circunferencia (cm)	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6
25	+++					
26						
27	++					
28						
29		+++				
30	+					
31		++				
32						
33			+++			
34						
35		+	++			
36						
37				+++		
38			+			
39				++		
40						
41					+++	
42				+		
43					++	
44						
45						+++
46					+	
47						++
48						
49						
50						+
51						
52						

PARA EL TRATAMIENTO NOCTURNO : PRENDAS MOBIDERM® ESTÁNDAR

PRENDAS MOBIDERM® ESTÁNDAR

Descripción :
• Mangas, guantes y guanteletes para el linfedema de miembro superior.

¿A qué tipo de pacientes está enfocado ?
• Para linfedemas en un estadío prematuro o linfedema permanente, sin mostrar dismorfia
• Para una fase de mantenimiento
• Para los pacientes que requieren un producto rápidamente

Producto listo : una entrega rápida !

MANGA ESTÁNDAR



TALLA	CONTORNO MUÑECA (C) (cm)	CONTORNO CODO (D) (cm)	CONTORNO AXILAR (E) (cm)	REFERENCIA (AMBIDIESTRO) Normal (ℓ 40 - 45 cm)	Larga (ℓ 45 - 50 cm)
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	37300220100232	37300220100233
1+		24 - 27	28 - 32	37300240100232	37300240100233
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33	37300220200232	37300220200233
2+		27 - 30	31 - 35	37300240200232	37300240200233
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36	37300220300232	37300220300233
3+		30 - 33	35 - 39	37300240300232	37300240300233
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39	37300220400232	37300220400233
4+		33 - 36	38 - 42	37300240400232	37300240400233
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42	37300220500232	37300220500233
5+		36 - 39	41 - 45	37300240500232	37300240500233

GUANTELETE ESTÁNDAR



TALLA	CONTORNO MUÑECA (C) (cm)	CONTORNO MANO (CABEZA DEL METACARPO) (B) (cm)	REFERENCIA (AMBIDIESTRO)
1	14 - 16	15 - 17	37310120100299
2	16 - 18	17 - 19	37310120200299
3	17 - 19	19 - 21	37310120300299
4	19 - 21	21 - 23	37310120400299
5	20 - 22	23 - 25	37310120500299
6	21 - 23	25 - 27	37310120600299

Dispositivo diseñado para ser superpuesta sobre la manga Mobiderm®, ***no usar sólo.***

GUANTE ESTÁNDAR



TALLA	CONTORNO MUÑECA (C) (cm)	CONTORNO MANO (CABEZA DEL METACARPO) (B) (cm)	REFERENCIA (MANO DERECHA)	REFERENCIA (MANO IZQUIERDA)
1	14 - 16	15 - 17	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18	17 - 19	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19	19 - 21	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21	21 - 23	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22	23 - 25	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23	25 - 27	37320120600201	37320120600202

Dispositivo diseñado para ser superpuesta sobre la manga Mobiderm®, ***no usar sólo.***

CONSEJOS DE COLOCACIÓN:

Las prendas Mobiderm® pueden colocarse directamente sobre la piel.

Colocación de la prenda Mobiderm®



Posicionar el guante o guantelete Mobiderm® en superposición con la manga



Utilizar el guantelete en la mano derecha o izquierda, según convenga; (producto ambidiestro)



Composición :

componentes principales :

- Cara exterior de la prenda: 59% poliamida, 41 % elastano
- ***Mobiderm® a lo largo del brazo :*** tejido no adhesivo, espuma de poliuretano (bloque 15 x 15 mm).
- ***Mobiderm® a nivel de la mano :*** tejido no adhesivo, espuma de poliuretano (bloque 5 x 5 mm).

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO (PRENDA ESTÁNDAR O A MEDIDA)

2 opciones de lavado :

- **A mano :** remoje la prenda en agua fría con jabón y frote suavemente. Escurra apretando.
- **A máquina :** utilizar el ciclo de lana, temperatura fría, y el uso de una red de lavandería. Escurra con presión.

Deje que se seque sin usar fuentes de calor directa.

CICATREX



La quemadura es una patología que se caracteriza por presentar un diferente nivel de gravedad.
No hay medida común entre una quemadura superficial de unos pocos centímetros cuadrados (con una cura sin secuelas y en cuestión de días) y una quemadura profunda, que cubre la mayoría de la piel y que involucra el pronóstico vital y funcional futuro.

Las quemaduras son muy comunes y representan a nuestro país en 200 000-400 000 casos por año.
De estas víctimas, alrededor de 9000 requieren hospitalización.

La decisión de hospitalizar en una unidad especializada depende del tipo y de la localización de las quemaduras, de la profundidad de las lesiones y de la superficie del cuerpo afectada.

TRATAMIENTO MEDIANTE COMPRESIÓN

Desde una profunda quemadura de segundo grado, el paciente se enfrenta a un riesgo importante a una quemadura hipertrófica, que puede generar un queloide.

La compresión que ejerce el Tejido Cicatrex ralentiza la irrigación sanguínea (isquemia relativa).

Esta isquemia relativa permite reducir:
- la hiper-vascularización, que es el origen de la hipertrofia,
- el edema,
- el prurito,
- el aporte de fibroblastos.

Fuentes :
Rochet JM, Wassermann D, Carsin H, Desmoulière A, Aboïron H, Birraux D, Chiron C, Delaroa C, Legall M, Legall F, Scharinger É et Schmutz S. Rééducation et réadaptation de l'adulte brûlé. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-280-C-10, 1998, 27 p.
Rapport annuel concernant l'épidémiologie de la brûlure en France métropolitaine. Année 2008 F.RAVAT, et le groupe épidémiologie de la Société Française d'Etude et de Traitement des Brulures.

PRINCIPIO Y MODO DE ACCIÓN TERAPÉUTICA DEL TRATAMIENTO COMPRESIVO

CICATREX®

- Cicatriz hipertrófica antes del tratamiento

- Efecto de la compresión durante el tratamiento Cicatrex®
- Reducción de la hiper-vasculación.
- Reorganización de los fibroplastos

- Cicatriz plana después del tratamiento Cicatrex®.

El principio de compresión de CICATREX® contribuye además a reorganizar las fibras de colágeno en un plano paralelo a la piel, permitiendo evitar la cicatrización anárquica del tejido conjuntivo.

Se reducen así las cicatrices poco estéticas y las bridas disfuncionales.

LAS PRENDAS CICATREX®

- Una **gama completa de tejidos** que responde a cada necesidad.

- **Un proceso de fabricación preciso** y fiable gracias a la numerización de las medidas para la confección de las prendas.

- ***Consejos asociados para la toma de medidas y facilitar la labor y la eficiencia a la hora de proceder a la medición.***

A SABER :

> La fase de maduración de la cicatriz dura aproximadamente 18 meses.
> Es durante este periodo que la eficacia de la compresión utilizando prendas Cicatrex® será óptima.
> Para un tratamiento eficaz, se deben utilizar prendas de compresión Cicatrex® tan pronto como la cicatrización lo permita.

LAS INDICACIONES

UN MEDIO TERAPÉUTICO DE PRIMERA ELECCIÓN

Las prendas compresivas para cicatrización Cicatrex® son actualmente un **medio terapéutico de primera elección** para el tratamiento de los quemados graves, **limitando al máximo el recurso a la cirugía reconstructiva.**
Pero su utilidad no se limita a la cicatrización de las quemaduras: es también preciso para el tratamiento de muchas otras afecciones, tales como :

la cirugía reconstructiva y la linfología.

QUEMADURAS

- Prevención y tratamiento de las cicatrices hipertróficas, queloides y retracciones cicatriciales.
- Cuidado de quemaduras de origen térmico, químico o eléctrico.
- Compresión de las zonas con injertos cutáneos.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA

- Tratamiento post-operatorio de las cicatrices de origen traumático y de las heridas quirúrgicas.
- Consecuencias de los injertos de piel.
- Prevención de las cicatrices hipertróficas.

LINFOLOGÍA

- Reducción y estabilización de los linfedemas severos con disformia importante.
- Linfología en zona del pubis, génital...

SÍNDROME DE EHLER DANLOS

- Mejora de la propriocepción gracias a la compresión de los miembros.
- Combate el dolor.
- Compresión de 6 a 13,5 mmHg.

EL TEJIDO CICATREX®

La amplitud de la gama Cicatrex® permite responder mejor a las necesidades tan diferentes de los pacientes y a las exigencias de los médicos. Se trata de obtener una prenda compresiva fina y estética o prendas muy extensibles para facilitar su colocación; ya sea que se busque la resistencia al desgaste o un color específico, siempre es posible adaptar de manera óptima las prendas compresivas a los deseos de los pacientes, sin comprometer la eficacia del tratamiento.



ES PRECISO SABER

Las prendas Thuasne Cicatrex® son fabricadas con tejidos elásticos de estiramiento largo o medio.

Este poder de estiramiento importante facilita la colocación y el retiro de la prenda, y permite además una gran libertad de movimiento y una buena adaptación (de hasta 5 %) a las variaciones de circunferencias.



LABEL "OEKO-TEX"

Todos los tejidos de la gama Thuasne ***Cicatrex®*** han recibido el label Oeko-Tex, que certifica el uso de productos textiles apropiados para los tratamientos indicados.
El label Oeko-Tex es el certificado más distintivo en el mercado, con profundos controles para la certificación de los diferentes tejidos y su calidad.
Productos optimizados desde el punto de vista ecológico, pasando por controles de índole internacional y de alto reconocimiento mundial.

LOS TEJIDOS CICATREX®

CICATREX® FILIFINE

Las prendas compresivas de **Cicatrex® Filifine** están compuestas de **fibras técnicas extra finas.**
La finura de los tejidos Cicatrex® Filifine hace más fácil su uso en dedos de las manos y de los pies.



CICATREX® NATURE



Las prendas compresivas Cicatrex® Nature contienen una alta proporción de viscosa.
Proveniente de materia primas naturales (madera), esta fibra es suave para la piel, permeble y transpirable, y hace que las prendas sean muy cómodas.



CICATREX® AIRSKIN/SKIN



La calidad del Cicatrex® AirSkin y Cicatrex® Skin se distinguen por su tejido de punto muy fino, liso y ligero, con un tejido sedoso.
Gracias a su composición, las prendas compresivas de Cicatrex® AirSkin/Skin son tan estéticas como fáciles en su mantenimiento.

Para el SED, se encuentran disponibles únicamente los modelos guante, guante de pie y tobillera.



Cicatrex® Skin

Cicatrex® AirSkin

CONSEJOS DE MNTENIMIENTO

- Lavar siempre las prendas CICATREX® a mano, tan a menudo como desee, con jabón o un producto para el lavado para tejidos delicados. No agregue blanqueador o quitamanchas. Enjuague bien con agua, y exprima sin torsión, suavemente.

- Dejar secar sin fuentes de calor directa, por ejemplo, no poner encima de un radiador o panchar la prenda.



- Suave.
- Excelente transpirabilidad.
- Secado rápido.



- Excelente tolerancia cutánea gracias a la presencia de viscosa, proveniente de fibras naturales.
- Buena adaptabilidad: se ajusta a la morfología y a los movimientos del paciente.
- Buena resistencia al desgaste, ideal para niños.
- Amplia variedad de colores.



- Tejido estético y suave..
- De rápido secado.
- Colocación sencilla y rápida.

Es recomendable disponer de dos prendas CICATREX® iguales para poder usar uno de ellos mientras el otro se está lavando y garantizar así la eficiencia del tratamiento.

LA GAMA A MEDIDA

TORSO

MODELO
Chaleco
Body
Hemi-tórax

CUELLO
Cuello en V
Cuello redondo
Cuello oficial, abierto o cerrado

APERTURA CENTRAL
Cremallera
Velcro
Corchetes

PARTICULARIDAD
Almohadillado de compresión
Correa de entrepierna
Copa pecho con o sin compresión
Axila con o sin compresión
Faja
Aperturas suplementarias
(cierre cremallera, velcro)
Velcro para fijación en panty


Chaleco

Body


Hemi-tórax

MANO

MODELO
Guantelete: longitud en muñeca 5 cm máx.
Guante: longitud en muñeca 5 cm máx.
Dedo

OPCIONES POSIBLES
Con manga:
más de 5 cm y hasta la axila:
- junto
- separado

ABERTURA
Cremallera/Velcro:
- Cara interna de la mano
- Dorso de la mano
- Lado auricular

PARTICULARIDAD
Dedo con brida
Dedo sin brida
Almohadillado compresión:
- Cara interna de la mano
- Dorso de la mano

Dedo

Guantelete

Guante

BRAZO

MODELO
Sin antideslizante
Elástico simple
Elástico antideslizante
Antideslizante látex
Antideslizante silicona hombre o mujer
Extensión de hombro con sujeccion a sujetador
Extensión de hombro con cinturon

PARTICULARIDAD
Apertura: Cremallera/Velcro
- Lado pulgar
- Lado axilar
- Lado dorso de la mano
- Lado cara interna mano

Almohadillado de compresión


Manga

CABEZA

MODELO
Mentonera
Máscara
Máscara abierta

CARA
Libre
Cubierto

DORSO DE LA NARIZ
Libre
Cubierto

OREJAS
Libre
Cubierto

PARTICULARIDAD
Almohadillado de compresión


Máscara Mentonera


Mascara Abierta

PIERNA

MODELO
Panty { • pierna larga
Pierna sola { • pierna corta

APERTURA VIENTRE
Cremallera/ Velcro: • Delante / detrás
• Derecha / izquierda

ENTREPIERNA
Abierta con o sin patilla de limpieza
Cerrada con o sin acople
Bolsillo canguro

APERTURA PIERNA
Cremallera/ Velcro: • Delante / detrás
• Exterior / Interior

FIJACIÓN
Faja
Tirantes
Sin antideslizante
Elástico antideslizante
Antideslizante látex
Antideslizante silicona hombre o mujer

GUANTE DE PIE / CALCETÍN
Juntos / Separados
Pie abierto / Pie cerrado

PARTICULARIDAD
Almohadillado de compresión
Velcro para chaleco
Doble forro de tela


Panty pierna larga Panty pierna corta


Pierna sola

PIE

MODELO
Calcetin
Guante de pie

PARTICULARIDAD
Almohadillado de compresión
Doble forro de tela

PUNTA
Abierta
Cerrada


Guante de pie Calcetín

LA GAMA ESTÁNDAR

La línea de medición (A) debe estar ubicado en la parte frontal a 3 o 4 cm por encima de la cresta del pubis y la parte trasera en la mitad superior de las nalgas.



TALLA	CONT. CADERA (A)	C. CINTURA (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm

FAJA - BRAGA

TALLA	CÓDIGO color blanco
1	3415 **01**
2	
3	
4	
5	
6	

FAJA ALTA EMBALLENADA

TALLA	CÓDIGO color blanco
1	3417 **01**
2	
3	
4	
5	
6	

PANTALÓN CICLISTA

TALLA	CÓDIGO color blanco	color negro
1	3403 **01**	
2		
3		
4		
5		
6		

PANTALÓN CORSARIO

TALLA	CÓDIGO color blanco	color negro
1	3412 **01**	
2		
3		
4		
5		
6		

PANTALÓN

TALLA	CÓDIGO color blanco	color negro
1	3420 **01**	
2		
3		
4		
5		
6		

GUANTE DE PIE ABIERTO

TALLA	Circunf. a nivel de la cabeza del metatarso	CÓDIGO color blanco	color negro
XS	21 - 22 cm	3406 **02**	
S	23 - 24 cm		
M	25 - 26 cm		
L	27 - 28 cm		

MÁSCARA

TALLA	CONT. CABEZA	CÓDIGO color blanco
0	51 - 52 cm	3402 **01**
1	53 - 55 cm	
2	56 - 57 cm	
3	58 - 59 cm	

MÁSCARA PARCIAL

TALLA	CONT. CABEZA	CÓDIGO color blanco
1	27 - 30 cm	3410 **01**
2	31 - 36 cm	
3	37 - 45 cm	

MÁSCARA ABIERTA

TALLA	CONT. CABEZA	CÓDIGO color blanco
0	51 - 52 cm	3416 **01**
1	53 - 55 cm	
2	56 - 57 cm	
3	58 - 59 cm	

BANDA OTOPLÁSTICA

TALLA	CONT. CABEZA	CÓDIGO color blanco
1	< 52 cm	3411 **09**
2	> 52 cm	

FAJA



A = medida torácica
B = medida abdominal

TALLA		CÓDIGO color blanco
1	70 - 92 cm	3401 **01**
2	93 - 114 cm	

Medición tomada por debajo del pecho o a nivel de las caderass

CHALECO SIN MANGAS



TALLA	CONT. PECHO	CÓDIGO color blanco
1	74 - 82 cm	3424 **01**
2	83 - 91 cm	
3	92 - 98 cm	
4	99 - 115 cm	
5	116 - 120 cm	
6	121 - 135 cm	

MANGA LARGA



TALLA	CIRCUNFERENCIA (A)	CIRCUNFERENCIA (B)	ALTURA	CÓDIGO color blanco
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	3425 **01**
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm		
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm	45 cm	
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm		
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm		
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm		
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm		
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm		

MANGA



TAILLE	CIRCUNFERENCIA (A*)	ALTURA	CÓDIGO color blanco
1	12 - 14 cm	20 cm	3400 **01**
2	15 - 17 cm		
3	18 - 22 cm	26 cm	
4	23 - 29 cm		
5	30 - 37 cm		
6	38 - 45 cm		
7	46 - 54 cm		
8	55 - 63 cm		

* Medida tomada en medio de la manga cónica

GUANTE INDESMALLABLE SKIN

TALLA	CONT. MANO	DEDOS CERRADOS LARGA (hasta el codo) negro	DEDOS CERRADOS LARGA (hasta el codo) caramelo	DEDOS CERRADOS CORTA (hasta la muñeca) negro	DEDOS CERRADOS CORTA (hasta la muñeca) caramelo	DEDOS ABIERTOS CORTA (hasta la muñeca) negro	DEDOS ABIERTOS CORTA (hasta la muñeca) caramelo
1	13 - 14 cm	3448 **01**		3448 **02**		3448 **03**	
2	15 - 16,5 cm						
3	17 - 18,5 cm						
4	19 - 20,5 cm						
5	21 - 22,5 cm						
6	23 - 24,5 cm						
7	25 - 26,5 cm						
8	27 - 28,5 cm						

GUANTE MICROFIBRAS FILIFINE

***CORTA CON DEDOS ABIERTOS**

TALLA	Comtormo de mano	CÓDIGO blanco*	CÓDIGO beige*
1	13 -14 cm	3447 **01**	3447 **01**
2	15 - 16,5 cm		
3	17 - 18,5 cm		
4	19 - 20,5 cm		
5	21 - 22,5 cm		
6	23 - 24,5 cm		

SEPARADOR INTERDIGITAL



TALLA	ALTURA*	CÓDIGO color blanco
1	< 9 cm	3413 **091**
2	> 9 cm	

* Altura: pliegue de la comisura/muñeca base mayor

DEDO

TALLA	CIRC. EN LA BASE DEL DEDO	ALTURA EN MM	CÓDIGO
1	25 - 27 mm	100 - 110	3446 **01**
2	29 - 31 mm		

Algunos modelos están también disponibles en la gama a medida.

THUASNE A MEDIDA

EL SERVICIO A MEDIDA DE THUASNE ALGUNAS CIFRAS :

- **25 personas a su servicio**
- Tiempo de entrega rápida : **98%** las de las órdenes se envían en un periodo de 10 - 12 días
- Alrededor de 80.000 productos confeccionados cada año
- ¿Cómo hacer la toma de medidas? nuevas fichas en papel e interactivas
  http://www.thuasne.fr/thuasne/surmesure.html
- Extensa gama: 400 referencias de productos
- **1 centro de fabricación en Saint - Etienne**

TAMAO : UNA TECNOLOGÍA ÚNICA

Tricotado A Medida Asistido por Ordenador cada paciente tiene así su prenda confeccionada y adaptada totalmente a la fisonomía.

TOMA DE MEDIDAS SOBRE EL PACIENTE

IMPORTAR LOS DATOS Y MEDICIONES AL ORDENADOR

TRICOTADO DEL TEJIDO (FABRICACIÓN)

PRENDA CONFECCIOANDA

RESUMEN



ETAPAS A LA HORA DE LA TOMA DE MEDIDAS.....P. 34

FICHA DE MEDIDAS DE LA MANGA MOBIDERM®.....P. 36

FICHA DE MEDIDAS DE MEDIA Y CALCETÍN MOBIDERM®.....P. 38

FICHA DE MEDIDAS DE LA MANGA THUASNE LINFOLOGÍA DIURNA .....P. 40

FICHA A MEDIDA MEDIA, MEDIA-MUSLO Y CALCETÍN THUASNE LINFOLOGÍA.....P. 42

FICHA DE MEDIDAS CICATREX® TORSO.....P. 44

FICHA DE MEDIDAS CICATREX® BRAZO.... .....P. 46

FICHA DE MEDIDAS CICATREX® MANO.....P. 47

FICHA DE MEDIDAS CICATREX® PIERNA.....P. 48

FICHA DE MEDIDASCICATREX® PIE.....P. 50

FICHA DE MEDIDAS CICATREX® CABEZA.....P. 51

LAS ETAPAS DE TOMA DE MEDIDAS

ALGUNOS CONSEJOS ESENCIALES

La toma de medidas debe ser realizada por un profesional sanitario capacitado del área de Linfología; de esa manera se asegura que la toma de medidas es la correcta para que Thuasne pueda confeccionar la prenda a la mayor brevedad posible y con la mayor calidad.

La toma exacta de medidas certificará que la prenda se ajuste y se adapte de manera anatómica al perfil del usuario.

La toma de medidas se realiza preferentemente por la mañana o después de una sesión de drenaje linfático manual.
Y al final del tratamiento intensivo para la primera gama de prendas Mobiderm.
.

PROTOCOLO GENERAL

1 - Seleccione la ficha de registro apropiada a la gama y el tipo de prenda que se desee

2 - Leer la ficha completa antes de proceder su cumplimentación

3 - Caracterizar el modelo de la prenda que va a ser usado en el paciente:
- Verificar las casillas que definen el modelo
- Eliminar las líneas innecesarias

4 - Señalar todos los puntos de referencia dejándose guiar por la hoja medidas.

5 - Medir la circunferencia en los diversos puntos de referencia

6 - Medir las alturas asociadas con los puntos de referencia

Tomarse el tiempo necesario para ajustar las medidas; no dude en adjuntar fotos o medidas adicionales si lo cree necesario.

DE LA SOLICITUD DEL PRODUCTO A SU ENTREGA AL PACIENTE

ENVÍE SU SOLICITUD
AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE :

Tlfn : 91 694 69 43
Email : info@thuasne.es

Importante :
Tras la recepción de su solicitud, se analizará la ficha y medidas para garantizar que no falte información para la confección de la prenda. En caso de que falte información o datos, se le contactará a través de nuestro servicio de atención al cliente.

Plazo de entrega :
El tiempo medio para la entrega del producto oscila en torno a 10 -12 días laborables, incluyendo la entrega desde que se tienen las medidas de la prenda; para más detalles sobre el progreso de su pedido, posee un servicio personalizado de atención al cliente.

Tras la recepción de su pedido :
Pruebe la prenda sobre su paciente para validar que la prenda esté correctamente adaptada:
- Buena adaptación a la morfología del usuario
- Correcta colocación de la prenda y fácil extracción de la misma

Recuerde facilitar al usuario los consejos prioritarios de mantenimiento de la prenda

A SABER :
Puede haber diferencias entre los distintos productos en función a las mismas medidas tomadas pero en diferentes momentos (por ejemplo, en caso de renovación de la prenda) Esto es totalmente normal ya que hay varios parámetros que influyen en la confección de los productos y las dimensiones de las mismas: la temperatura o la cantidad de agua durante la producción, el tipo de máquina de tejer usada…

TOMA DE MEDIDAS
DE LA MANGA MOBIDERM®



e - corresponde a la zona axilar

d - corresponde al punto más ancho del biceps

c - localizado al nivel del codo

b - equidistante entre a y c o al nacimiento del edema

a - medida en el extremo de la muñeca superficie externa en el medio de la articulación radiocubital

Posicionamiento del metro para medir la altura de la prenda

MANGA

Las longitudes se deben tomar desde la mitad de la muñeca hasta la punta del codo y exterior del brazo a la altura acabado deseado.

GUANTELETE

Marcado de los puntos de referencia

Anotar los puntos de referencia (comisura del pulgar): medir las circunferencias de la base del pulgar y en el extremo (por razones técnicas, la longitud del pulgar no podrá ser menor de 2 cm)

La circunferencia en el extremo del guantelete se situa a la cabeza de los metacarpos.

Medir longitud del guantelete :

de la base del pulgar a la altura final

de la muñeca a la altura final

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo previa demanda)

THUASNE

MOBIDERM® a medida
MANGAS

Nº de expediente para reposición :

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....
Apellidos del paciente : .....
Nombre del paciente : .....
Día de nacimiento : .....
Dirección : .....
.....

fecha : .....

Talla del paciente: .....
Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño
Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.

Modelo	Izq.	Der.
Manga simple	☐	☐
Manga más guantelete con pulgar	☐	☐
Manga más guantelete sin pulgar	☐	☐
Opción gratuita		
Compresión ⊖	☐	

Elementos extra con coste adicional
Terminación extremidad proximal
☐ Elástico simple

Abertura
☐ Velcro único
Máximo 1/3 de la altura total del producto
*Designar la posición requerida sobre el esquema

Posicionar correctamente las referencias anatómicas solicitadas antes de tomar las medidas.

Largo entre la muñeca y el codo 1 2 : partir desde el centro de la muñeca para llegar hasta la punta del codo; por lo tanto hay un efecto de rotación de la cinta de medir.

Para el largo entre el codo y el acromion 2 3, posicionar correctamente la cinta de medir en el exterior del brazo partiendo de la punta del codo para juntarse con la cabeza del acromion.

VISTA FRONTAL DEL PACIENTE

BRAZO DERECHO

BRAZO IZQUIERDO

VISTA FRONTAL DEL PACIENTE



TOMA DE MEDIDAS DE
CALCETÍN & MEDIA MOBIDERM®

TODAS LAS MARCAS SE SITÚAN FUERA DEL CONTORNO DE LA PIERNA



g - circunferencia del muslo

f - punto equidistante entre g y e

e - corresponde al punto central de la rótula

d - localizado sobre la cabeza del peroné (3 - 4 cm bajo la rótula)

c - corresponde al punto más ancho de la pantorrilla

b1 - corresponde con el nacimiento del músculo del gemelo

b - medida en el punto más estrecho del tobillo

y - pasa a través del empeine del pie y del calcáneo

a - medida sobre los metatarsianos (en el punto más ancho)

Para los calcetines : circunferencia de cA a cD y altura de ℓB a ℓD
Para la media : circunferencia de cA à cG y altura de ℓB à ℓG

Disposición de los puntos de referencia

Ciscunferencia de la cabeza de los metatarsos



Circunferencia del empeine

Circunferencia en el tobillo (en el punto más estrecho)

Circunferencia del muslo

Medición de la altura (posición de la medición sobre la cara exterior pierna)

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo previa demanda)

THUASNE

MOBIDERM® a medida
MEDIA & CALCETÍN

Nº de expediente para reposición :

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....
Apellidos del paciente : .....
Nombre del paciente : .....
Día de nacimiento : .....
Dirección : .....
.....

Fecha : .....

Talla del paciente: .....
Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño
Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.

Modelo	Izq.	Der.
Calcetín (baja pantorrilla)	☐	☐
Media-Muslo	☐	☐
Pie cerrado	☐	☐
Pie abierto	☐	☐

Longitud del pie abierto — Interior en cm | Exterior en cm

nº calzado para el pie cerrado

Elementos extra con coste adicional

Terminación extremidad proximal
☐ Elástico simple

Abertura
☐ Velcro único
Máximo 1/3 de la altura total del producto

*Designar la posición requerida sobre el esquema

Comentarios

PIERNA IZQUIERDA



PIERNA DERECHA



circunferencia en cm
longitud en cm

TOMA DE MEDIDAS
DE LAS MANGAS
THUASNE LYMPHOLOGY



e - corresponde a la circ. axilar

d - medida en el punto más ancho del biceps

c - localizado al nivel del codo

b - equidistante entre a y c
o al nacimiento del edema

a - medida en el extremo de la muñeca
superficie externa en el medio de la
articulación radiocubital

Posicionamiento del metro para medir la altura

MANGA

Las longitudes deben tomarse desde el medio de la muñeca a la punta del codo, y después en la parte exterior del brazo hasta la altura final .

Para la extensión del hombro, no olvidar la medida L7, que va desde la punta del acromio hasta el tirante del sujetador, donde será fijado el pasador.

Para la extensión del hombro con cinturón, medir la circunferencia torácica, desde el acromio pasando por el hueco de la axila opuesta.

GUANTELETE

Consejos de toma de medida para el guantelete en pág. 36 (igual a la gama Mobiderm®)

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo previa demanda)

THUASNE

THUASNE LYMPHOLOGY
a medida
MANGAS PARA LINFEDEMA

Nº de expediente para reposición :

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Fecha : .....

Talla del paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.
No se realizan dedos en linfología, excepto el pulgar..
Si desea la inclusión de dedos, le agradecemos que solicite su prenda con la gama Cicatrex® (Ver ficha de mano Cicatrex®)

Modelo
☐ Manga simple
☐ Manga con guantelete con pulgar
☐ Manga con guantelete sin pulgar
☐ Guantelete con pulgar
☐ Guantelete sin pulgar

Compresión
☐ Clase 2 (15-20 mmHg)
☐ Clase 3 (20-36 mmHg)
☐ Clase 4 (>36 mmHg)

Terminación de la extremidad proximal
☐ Elástico simple (para manga simple, medida "5")
☐ Tejido antideslizante (para manga simple, medida "5")
☐ Tejido antideslizante silicona para mujer (para manga simple, medida «5»)
☐ Tejido antideslizante silicona para hombre (para manga simple, medida «5»)
☐ Antideslizante de látex (para manga simple, medida «5»)

☐ Extensión de hombro (pasador del sujetador hasta punto medida "G")
☐ Extensión hombro con cinturón (hasta medida "H")

Posicionar correctamente las referencias anatómicas solicitadas antes de tomar las medidas.

Largo entre la muñeca y el codo 1 2 : partir desde el centro de la muñeca para llegar hasta la punta del codo; por lo tanto hay un efecto de rotación de la cinta de medir.

Para el largo entre el codo y el acromion 2 3, posicionar correctamente la cinta de medir en el exterior del brazo partiendo de la punta del codo para juntarse con la cabeza del acromion.

VISTA FRONTAL DEL PACIENTE

BRAZO DERECHO

BRAZO IZQUIERDO

VISTA FRONTAL DEL PACIENTE



TOMA DE MEDIDAS

MEDIAS, CALCETINES & PANTYS
THUASNE LYMPHOLOGY

TODAS LAS MARCAS SE SITÚAN FUERA DEL CONTORNO DE LA PIERNA



g - localizado en la parte media del muslo (para el panty)
o **a** - 5 cm por debajo para las medias

f - punto equidistante entre g y e

e - corresponde al punto central de la rótula

d - localizado sobre la cabeza del peroné (3 - 4 cm bajo la rótula)

c - corresponde al punto más ancho de la pantorrilla

b1 - corresponde con el nacimiento del músculo del gemelo

b - medida en el punto más estrecho del tobillo

y - pasa a través del empeine del pie y del calcáneo

a - medida sobre los metatarsianos (en el punto más ancho)

Para los calcetines : circunferencia de cA a cD y sin pie de ℓB a ℓD
Para la media pierna : circunferencia de cA a cG y sin pie de ℓB à ℓG
Para la media: circunferencia de cA a cT y alturas de ℓB a ℓG + ℓK1T y ℓK2T

Disposición de los puntos de ref.

Ciscunferencia de la cabeza de los metatarsoss

Circunferencia del empeine

Entrepierna : distancia delantera (ℓK1T)
distancia posterior (ℓK2T)

Contorno glúteos

Contorno de caderas

Contorno cintura
(o indicar la circunferencia deseada)

Circunferencia en el tobillo
(en el punto más estrecho)

Circunferencia del muslo

Medición de la altura
(medición sobre la cara exterior pierna)

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo previa demanda)

THUASNE

THUASNE LYMPHOLOGY
a medida

Media, calcetines y pantys para Linfedema.

Nº de expediente para reposición :

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Fecha : .....

Talla del paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.

Se ruega dibujar los contornos de la prenda en el esquema

cB mini : 15 cm - cG maxi : 85 cm para compresión 2 y 3 - cG maxi : 75 cm para compresión 4. Para calcetines o medias, sólo dar las medidas necesarias de altura deseada.

Modelo de base	Izq.	Der.
☐ calcetín	☐	☐
☐ media - muslo	☐	☐
☐ media - panty	☐	☐
☐ panty		
☐ pie abierto	☐	☐
☐ pie cerrado	☐	☐
Número calzado		

Terminación media-muslo

☐ sin antideslizante	☐	☐
☐ antidesliz.		
encaje silicona mujer	☐	☐
encaje silicona hombre	☐	☐
látex	☐	☐

	Izq.	Der.	Calzoncillo
clase 2 15-20 mmHg	☐	☐	☐
clase 3 20-36 mmHg	☐	☐	☐
clase 4 >36 mmHg	☐	☐	☐

ATENCIÓN : la compresión del calzoncillo debe ser idéntica a una de las piernas.

Opción : Espuma adicional
☐ Empeine
☐ maleolo interno
☐ maleolo externo

Dimensión : .....

Comentarios :

circunferencia en cm
longitud en cm
X entrepierna

IZQUIERDO



DERECHO



☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
TORSO N° 1a

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....

Talla paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.
Se ruega dibujar los contornos de la prenda en el esquema
Por favor, cumplimentar la ficha de torso Nº 1b

Lado derecho

Lado izquierdo



35 y 36 : Únicamente para el body
Tome la medida diagonal para el body braga
Tome medida recta para el body short

circunferencia en cm
semi-circunferencia en cm
altura en cm

Para más información consulte a: info@thuasne.es

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
TORSO N° 1b

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....

Talla paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.
Por favor, cumplimentar la ficha de torso Nº 1a

Modelo de base

Modelo
☐ Chaleco ☐ Body ☐ Hemi-Tórax

Cuello
☐ Cuello redondo
☐ Cuello en V
☐ Corte para cuello en «V»
Altura (desde el esternón ☐ cm
☐ Corte cuello atrás (cuello en V en la espalda)
Desde la 7ª cervical ☐ cm
☐ Cuello Oficial

Circunferencia
arriba ☐ cm
abajo ☐ cm

Altura
delante ☐ cm
detrás ☐ cm

Altura del esternón/ cuello ☐ cm

Abertura central
☐ Cremallera
Posición
☐ delante
☐ detrás

☐ Crochete para ayudar al cierre del chaleco (por defecto)
☐ Correa de sujeción entrepierna
Largo de la correa ☐ cm

Compresión Axilar
Derecha ☐ SI ☐ No
Izquierda ☐ SI ☐ No
Cuando la casilla NO esté marcada, tejido suave por defecto

Copas
☐ con compresión
☐ sin compresión
Prof. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Fijación para panty
☐ Velcros

Tejido
Cicatrex® Nature
☐ blanco
☐ beige
☐ negro

Cicatrex® Filifine
☐ blanco
☐ beige
☐ negro

Cicatrex® AirSkin
☐ beige
☐ negro

Elementos pagados

Abertura adicional
Ubicación : .....
(por dibujar)
☐ Cremallera
☐ Velcro
longitud : ☐ cm

Tejido suave
☐ Codo
☐ Otros : .....

☐ Almohadilla compresión (por dibujar)
dimensión : ☐ cm
☐ amovible
☐ fijo

☐ Faja

Comentarios :

Lado Der.

13 Largo hombro del acromio en contorno de cuello n° 1
14 Contorno de la sisa
16 Parte superior de la manga
15 Contorno del brazo - axila
18 Largo hasta la mitad del brazo
17 Contorno brazo (la parte más ancha)
20 Largo hasta el codo
19 Contorno del codo
22 Largo hasta la mitad del antebrazo
21 Contorno del antebrazo (parte más ancha)
24 Largo hasta la muñeca
23 Contorno de muñeca
36 Contorno del muslo*

1 Contorno cuello desde 7ª cervical a altura de esternón
2 Ancho de pecho, en inspiración (axila a axila)
4 Largo alto del esternón – línea de la axila
3 Perímetro torácico, en inspiración
6 Largo alto del esternón – bajo el pecho
5 Contorno bajo el pecho, en inspiración
8 Largo alto del esternón - cintura
7 Contorno de cintura
10 Largo parte alta del esternón – parte baja del chaleco (para body a la entrepierna)
9 Contorno de caderas
37 Largo espalda (7ª vértebra cervical – parte baja del chaleco). Para un body hasta la entrepierna
39 Circunferencia en el punto de los senos en instpiración
38 Altura desde el esternón al punto de los senos

Lado Izq.

12 Contorno de sisa
11 Largo hombro del acromion en contorno de cuello n° 1
25 Contorno de brazo en la axila
26 Parte superior de la manga
27 Contorno brazo (la-parte más ancha)
28 Largo hasta la mitad del brazo
29 Contorno de codo
30 Largo hasta el codo
31 Contorno antebrazo (la parte más ancho)
32 Largo hasta la mitad del antebrazo
33 Contorno de muñeca
34 Largo hasta la muñeca
35 Constorno del muslo*

○ circunferencia en cm ◡ semi-Circunferencia en cm ☐ altura en cm

* Únicamente para el body

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
BRAZO N° 2

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....

Talla paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida de lo posible, adjuntar fotografías del miembro el cuál se tomen las medidas.
Se ruega dibujar los contornos de la prenda en el esquema

Modelo de base (completar una ficha por brazo) ☐ Der ☐ Izq

Manga
- ☐ Hasta la axila
- ☐ Cubre hombro
- ☐ Extension de hombro (pasador de sujetador)

Tissu

Cicatrex® Nature
- ☐ blanco
- ☐ beige
- ☐ negro

Cicatrex® Filifine
- ☐ blanco
- ☐ beige
- ☐ negro

Cicatrex® AirSkin
- ☐ beige
- ☐ negro

Elementos adicionales con coste

Abertura
- ☐ Cierre con cremallera
- ☐ Velcro

Dimensión : ☐

Posición
- ☐ Lado articulación
- ☐ Lado dorso mano
- ☐ Lado cara interior de la mano

☐ Almohadilla (por dibujar)

Dimensión : ☐

Fijación manga
- ☐ Sin antideslizante
- ☐ Elástico simple
- ☐ Elástico antideslizante
- ☐ Antideslizante silicona H
- ☐ Antideslizante silicon M
- ☐ Antideslizante látex

Comentarios :

Alturas (cm)

V	largo de la muñeca hasta la mitad del antebrazo en la parte más gruesa	☐
W	largo de la muñeca hasta el codo	☐
X	largo de la muñeca hasta la mitad del brazo en la parte más gruesa	☐
Y	largo desde muñeca a axila	☐
H	largo de la axila (G) en el acromion	☐

Circunferencias (cm)

C	contorno de muñeca	⬭
D	contorno de la mitad del antebrazo en la parte más ancha	⬭
E	contorno de codo	⬭
F	contorno de la mitad del brazo en la parte más ancha	⬭
G	contorno de brazo a nivel de la axila	⬭
I	Circunferencia torácica del acromion pasando por la hendiduda axilar opuesta	⬭



⬭ circunferencia en cm ☐ largo en cm

Para más información consulte a: info@thuasne.es

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
MANO N° 3

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....
Apellidos del paciente : .....
Nombre del paciente : .....
Día de nacimiento : .....
Dirección : .....
.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....
Talla paciente: .....
Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño
☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo.
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Para los dedos abiertos, se ruega indicar el largo deseado para cada dedo
ejemplo: largo total del pulgar: 5 cm – largo deseado abierto: 3 cm

Modelo de base (completar una ficha por mano) ☐ Der. ☐ Izq.

Guante
- ☐ Con largo en la muñeca (5 cm max)
- ☐ Con puño más largo de 5 cm y hasta la axila máxima (completar Ficha n° 2)
  - ☐ Separado
  - ☐ Junto
- ☐ Dedil con brida
- ☐ Dedil sin brida

Tejido

circunferencia mínima Airskin 2,6 cm
circunferencia mínima Filifine 4,6 cm

Cicatrex® Filifine
- ☐ blanco
- ☐ beige
- ☐ negro

Cicatrex® AirSkin
- ☐ beige
- ☐ negro

Elementos adicionales con coste
- ☐ Almohadilla compresión
  - Dimensión: : ☐ cm
  - ☐ Amovible
  - ☐ Fija
  - ☐ Cara interna de la mano
  - ☐ Dorso de la mano
- ☐ Ballena palmar (por dibujar)

Abertura
- ☐ Cremallera
- ☐ Velcro)
  - largo : ☐ cm
  - ☐ Cara interna de la mano
  - ☐ Dorso de la mano
  - ☐ Lado auricular

Comentarios :

Circunferencias (cm)

22	contorno de la muñeca + 5 cm max	◯
23	contorno de muñeca	◯
E	contorno de la mano en la cabeza de los metacarpianos	◯
F	tcontorno del dedo meñique a nivel de la 1a falange	◯
G	contorno del dedo meñique a nivel de la 3a falange	◯
H	contorno del dedo anular a nivel de la 1a falange	◯
I	contorno del dedo anular a nivel de la 3a falange	◯
J	contorno del dedo medio a nivel de la 1a falange	◯
K	contorno del dedo medio a nivel de la 3a falange	◯
L	contorno del dedo índice a nivel de la 1a falange	◯
M	contorno del dedo índice a nivel de la 3a falange	◯
N	contorno del dedo pulgar a nivel de la 1a falange	◯
O	contorno del dedo pulgar a nivel de la 2a falange	◯

Largo de lo dedos : 2 cm mini en Filifine
1 cm mini en AirSkin



Largos (cm)

			Puntas de dedo
D	largo de la cara palmar	☐	
P	largo del dedo meñique	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
Q	largo del dedo anular	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
R	largo del dedo medio	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
S	largo del dedo indice	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
T	largo desde arriba del índice hasta la comisura del pulgar	☐	
U	largo del dedo pulgar	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
Z	largo del manguito hasta 5 cm max	☐	

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
PIERNAS & PELVIS N° 4a

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....

Talla paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Se ruega también completar la ficha 4b





circunferencia en cm
longitud en cm
X entrepierna

Para más información consulte a: info@thuasne.es

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
PIERNAS & PELVIS N° 4b

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....

Talla paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Se ruega también completar la ficha 4a

Modelo de base

Modelo
☐ Calcetín
☐ Panty
☐ Pierna sola
☐ Media-faja

Tissu
Cicatrex® Nature
☐ blanco
☐ beige
☐ negro

Cicatrex® Filifine
☐ blanco
☐ beige
☐ negro

Cicatrex® AirSkin
☐ beige
☐ negro

Entrejambe
☐ abierto
☐ patilla de limpieza
☐ cerrado
☐ acople
☐ bolsillo canguro

Fijación para chaleco
☐ Velcro

Pie
abierto
☐ izquier ☐ derecha
cerrado
☐ izquier ☐ derecha
adjunto
☐ izquier ☐ derecha
separado
☐ izquier ☐ derecha

Elementos adicionales con coste

Abertura vientre
☐ Cierre con cremallera
largo : ☐ cm
Ubicación
☐ delante
☐ detrás
☐ derecha
☐ izquierda
Fijación
☐ tirantes
☐ cintura
largo : ☐ cm
☐ Almohadilla compresión amovible (a diseñar)
dimensión : ☐ cm
☐ Faja

Elementos adicionales Piernas	izq	der
Cierre con cremallera	☐	☐
velcro (debe posicionarse en el dibujo ficha 4 a)	☐	☐
largo en cm	☐	☐
posición delante	☐	☐
posición detrás (panty únicamente)	☐	☐
posición exterior	☐	☐
posición interior (sólo calcetines)	☐	☐
Tejido suave		
rodilla	☐	☐
talón	☐	☐
otros :	☐	☐
Fijación		
Sin antideslizante	☐	☐
Antideslizante silicona mujer	☐	☐
Antideslizante silicona hombre	☐	☐
antideslizante látex	☐	☐
Elástico simple	☐	☐
Elástico antideslizante	☐	☐

Para un guante de pie, se ruega completar la ficha Pie n° 5

Comentarios :

Piernas (lado Derecho)

A	circunferencia a nivel de la cabeza de los metatarsos	1	altura de suelo a punto B
H	circunferencia del empeine pasando por el talón	2	altura de suelo a punto B1
B	contorno de tobillo (en el lugar más delgado)	3	altura de suelo a punto C
B1	contorno de tobillo en el nacimiento de la pantorrilla	4	altura de suelo a punto D
C	contorno de pantorilla (en la parte más gruesa)	5	altura de suelo a punto E
D	contorno debajo de la rodilla	6	altura de suelo a punto F
E	contorno de rodilla	7	altura de suelo a punto G
F	contorno a mitad del muslo		
G	contorno de muslo		
P	largo total interior del pie (desde la punta del 1er dedo del pie hasta el talón)		
P'	Longitud deseada (de la punta del 5to dedo del pie al talón)		

Calzoncillo

K	contorno al medio de las nalgas
L	contorno de caderas
M	contorno de cintura
N	contorno abdominal a la altura final deseada
g-m	distancia delante: desde la entrepierna hasta la cintura (M)
m-n	distancia delante: desde la cintura (M) hasta la altura final de la panty (N)
g-k	distancia atrás: desde la entrepierna hasta las nalgas (K)
g-l	distancia atrás: desde la entrepierna hasta las caderas (L)
g-m'	distancia atrás: desde la entrepierna hasta la cintura (M)
m-n'	distancia atrás: desde la cintura (M) hasta la altura final de la panty (N)

Piernas (lado Izquierdo)

A	circunferencia a nivel de la cabeza de los metatarsos	1	altura de suelo a punto B
H	circunferencia del empeine-pasando por el talón	2	altura de suelo a punto B1
B	contorno de tobillo (en el lugar más delgado)	3	altura de suelo a punto C
B1	contorno de tobillo en el nacimiento de la pantorrilla	4	altura de suelo a punto D
C	contorno de pantorilla (en la parte más gruesa)	5	altura de suelo a punto E
D	contorno debajo de la rodilla	6	altura de suelo a punto F
E	contorno de rodilla	7	altura de suelo a punto G
F	contorno a mitad del muslo		
G	contorno de muslo		
P	largo total interior del pie (desde la punta del 1er dedo del pie hasta el talón)		
P'	Longitud deseada (de la punta del 5to dedo del pie al talón)		

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
PIED N° 5

■ QUEMADURAS ■ SED

IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Código Cliente:

Nombre del prescriptor : .....

Apellidos del paciente : .....

Nombre del paciente : .....

Día de nacimiento : .....

Dirección : .....

.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....

Talla paciente: .....

Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño

☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Se ruega completar la ficha n° 4 para el resto del miembro inferior
Para los dedos de pies abiertos, sírvase indicarnos el largo deseado para cada dedo
ejemplo: largo total dedo gordo del pie: 5 cm – largo deseado abierto dedo gordo del pie: 3 cm
Si la circunferencia de dedos es inferior a 4,6 cm, confección obligatoria en Air Skin – Circunferencia mini Air Skin = 2,6 cm – Largo mínimo del dedo = 2 cm

Modelo de base (completar una ficha por pie) ☐ Der ☐ Izq

Tejido

Cicatrex® Filifine
- ☐ blanco
- ☐ beige
- ☐ negro

Cicatrex® AirSkin
- ☐ beige
- ☐ negro

No hay cierre de dedos con tejido Filipine

Elementos adicionales pagados

☐ Almohadilla compresión amovible (a diseñar)

dimensión : ☐ cm

Comentarios

Circunferencias (cm)

- H circunferencia del empeine pasando por el talón
- A circunferencia a nivel de la cabeza de los metatarsianos
- C contorno del 5° dedo hasta la 1a falange
- D contorno del 5° dedo hasta la 2a falange
- E contorno del 4° dedo hasta la 1a falange
- F contorno del 4° dedo hasta la 2a falange
- G contorno del 3° dedo hasta la 1a falange
- H contorno del 3° dedo hasta la 2a falange
- I contorno del 2° dedo hasta la 1a falange
- J contorno del 2° dedo hasta la 2a falange
- K contorno del dedo pulgar hasta la 1a falange
- L contorno del dedo pulgar hasta la 2a falange



Largo de los dedos del pie (cm)

		Punta de los dedos del pie
M largo del 5° dedo	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
N largo del 4° dedo	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
O largo del 3er dedo	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
P largo del 2° dedo	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada
Q largo del dedo pulgar	☐	☐ Abierta ☐ Cerrada

◯ circunferencia en cm ☐ largo en cm

Largo total interior del pie (desde la punta del 1a dedo hasta el talón) cm

Largo total exterior del pie (desde la punta del 5° dedo hasta el talón) cm

Para más información consulte a: info@thuasne.es

☐ PEDIDO
☐ PRESUPUESTO
☐ RENOVACIÓN (Cálculo bajo pre-demanda)

THUASNE

CICATREX®
TÊTE N° 6

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

Code Client :

Nombre del prescriptor : .....
Apellidos del paciente : .....
Nombre del paciente : .....
Día de nacimiento : .....
Dirección : .....
.....

Nº de expediente para reposición :

Fecha : .....
Talla paciente: .....
Sexo : ☐ M ☐ F ☐ Niño
☐ 1er tratamiento Cantidad : .....

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo
Se ruega dibujar los contornos de la prenda en el esquema

Modelo de base

Modelo	Rostro	Nariz	Oreja derecha	Tissu	
				Cicatrex® Nature	Cicatrex® AirSkin
☐ Mentonera	☐ Libre	☐ Libre	☐ Libre	☐ blanco	☐ beige
☐ Capucha	☐ Cubierto	☐ Cubierto	☐ Cubierto	☐ beige	☐ negro
			Oreja izquierda	☐ negro	
			☐ Libre		
			☐ Cubierto		

Elementos con coste

☐ Almohadilla compresión (a dibujar)
dimensión : ____ cm
☐ amovible
☐ fijo

Comentarios

A	contorno de cabeza horizontal	◯
B	contorno de cabeza vertical	◯
C	contorno de cabeza en la parte alta	◯
D	contorno de cuello en la parte baja – extremidad del vendaje	◯
E	hueso nasal / protuberancia occipital	☐
F	hueso nasal / contorno de cuello en la parte alta	☐
G	labio inferior – punta del mentón	☐
H	punta del mentón - base superior del cuello	☐
I	altura del cuello delante	☐
J	altura del cuello atrás	☐
K	conducto auditivo – conducto auditivo bajo el mentón	◡
L	medida lateral del largo de la nariz	☐
M	distancia desde el ojo a conducto auditivo	☐
1	ancho de la boca	☐
2	ancho de la nariz	☐
3	separación de los ojos, interior	☐
4	separación de los ojos, exterior	☐
5	largo de la oreja derecha	☐
6	largo de la oreja izquierda	☐
7	parte baja de la oreja – parte baja de la oreja encima del labio superior	◡
8	parte alta de la oreja – parte alta de la oreja encima del dorso de la nariz	◡
9	ventana de la nariz – ventana de la nariz encima del hueso nasal	☐
10	largo de la nariz	☐





◯ cincunferencia en cm ◡ semi-circunferencia en cm
☐ largo en cm

THUASNE

IMPRIM'VERT

PEFC 10-31-1421

THUASNE ESPAÑA S.L.U.
Calle Avena 22, Nave 3-5 - Polígono Industrial Polvoranca - 28914 Leganés (Madrid)
Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22
e-mail : info@thuasne.es

www.thuasne.com

Réf. 8021 092 000 - 01 (Febrero 2016) © Studio Caterin

Nos reservamos el derecho de modificar las descripciones e ilustraciones de los productos de nuestro catálogo sin previo aviso. Fotografías no contractuales.

Por favor consulte disponibilidad del producto en su país